



Śląskie.
Jednostka ochrony zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego

SZPITAL CHOROÓB PŁUC W ORZESZU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze • tel.: 32 22 13 661 • fax: 32 22 15 920

www.szpitalorzesze.pl • sekretariat@szpitalorzesze.pl

NIP: 635-15-17-599 • REGON: 276184500

ZP/PN/13/2020

Orzesze, dnia 12.01.2021 roku

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych udziela się wyjaśnień w przedstawionych kwestiach dotyczących przetargu nieograniczonego na: „Dostawa leków, opatrunków specjalistycznych i środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu” - ZP/PN/13/2020

Pytania nr 1

1. Czy Zamawiający w Części nr 6 w pozycji nr 2 dopuści preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g, łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni, higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s), chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s), produkt biobójczy, spektrum B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym, konfekcjonowany w op. 11 wkład do dozownika w systemie zamkniętym z zabezpieczeniem Zamawiającego w wymagane 50 dozowników kompatybilnych z oferowanym preparatem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w Części nr 6 w pozycji nr 5 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy, konfekcjonowany w op. 11?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w Części nr 6 w pozycji nr 6 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp, skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól), spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV,



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



KRS: 0000064521
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min., rozmiar min. 13 x 20 cm, chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, opakowanie pojemnik 100 szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w Części nr 6 w pozycji nr 9 dopuści gotową do użycia piankę do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością, skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól), spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min., konfekcjonowana w opakowanie 1l ze spryskiwaczem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w Części nr 6 w pozycji nr 10 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych, do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych, aktywność roztworu roboczego 14 dni, skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji, spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. konfekcjonowany w op. 5l z pompką?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający w Części nr 6 w pozycji nr 8 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna, posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego, do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni, posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe, posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka, skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu, spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych, preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885, preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny, konfekcjonowany w op. 5l, z pompką dozującą?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 2

1. Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w celu zminimalizowania ryzyka epidemiologicznego, Zamawiający rozpatrzy możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na wybranej przez Zamawiającego platformie zakupowej?

Odp.: Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

Dotyczy pakiet nr 6:



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



KRS: 0000064521
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

1. Dotyczy poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat wodno-alkoholowy w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania, o składzie: Etanol – minimum 72% oraz substancje nawilżające i natłuszczające m.in. glicerol oraz emolienty, konfekcjonowany w opakowaniu 100ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy preparat powinien być wolny od substancji konserwujących.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat sporobójczy do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych **Oxivir Sporicide** o parametrach zgodnych z załączoną ulotką, konfekcjonowany w opakowaniach 750 ml, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparatu gotowego do użycia na bazie mieszaniny alkoholi przeznaczonego do dezynfekcji wszelkich powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych typu łóżka, fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny oraz innych trudno dostępnych powierzchni różnego rodzaju sprzętu odpornego na działanie alkoholi. W skład preparatu wchodzi etanol 25,9 g/100g, propan-2-ol 11,8g/100g oraz alkylobiguanide 02,g/100g. Preparat jest bezpieczny i nieszkodliwy dla skóry przebadany dermatologicznie. Spektrum bójcze : bakteriobójczy 30 sek, bójczy wobec prątków gruźlicy M. terre 5min, drożdżakobójczy 1min, HIV/HBV/HCV 30 sek Noro do 5min., spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci tabletek na bazie chloru zawierający dichloroizocyanuran sodu; preparat przebadany wg normy 14885 - obszar medyczny. Produkt biobójczy; możliwość użycia w pionie żywieniowym; Spektrum działania: B, F, V (polio, adeno), prątki –w stężeniu 2000ppm- 15 min, Clostridium difficile-10 000ppm-15 min. konfekcjonowany w opakowanie 300 tabletek x 2,7 g po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy poz. 8 – Czy zamawiający dopuści do oceny preparat o spektrum działania: bakterie (EN 13727, EN 13 697, EN 1276, EN 13623) 0,5% - 15min, drożdżaki (EN 13624, EN 13697, EN 1650) 0,5% - 15 min, grzyby (EN 13624, EN 13697, EN 1650) 6% - 15 min, prątki (EN 14348) M.terrae, M.avium 0,5% - 15 minut (warunki czyste), wirusy HIV/HBV/HCV, Rota (DVV/RKI) 0,5% - 15 min (warunki czyste); Adeno (EN 14476) 2% - 30 min. (warunki czyste) i 1% - 60 min. (warunki czyste); Noro (EN 14476) 3% - 15 min. (warunki brudne); Vaccinia (RKI) 0,5% - 15 min. i 1% - 5 min., spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat myjąco-dezynfekujący w płynie oparty na synergistycznym kompleksie 3 enzymów, rozpuszczający albuminy, glikogen i trójglicerydy; przeznaczony do dezynfekcji i mycia narzędzi i sprzętu medycznego; o spektrum działania B, F (drożdże) – 5 min, V (HIV, HBV, HCV) 0,5% - 10 min., z możliwością rozszerzenia

spektrum o Tbc; posiadający potwierdzenie producenta o skuteczności wobec biofilmu i spełnieniu standardów normy NF S94-402-1 dot. analizy elektrochemicznej korozji wżerowej
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Sylvia Nieradzik

Gm